

Số: /BVĐKSD-KD

Sa Đéc, ngày tháng 5 năm 2026

V/v yêu cầu báo giá Gói thầu:
Mua hóa chất, vật tư xét nghiệm
khí máu động mạch
của Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc
năm 2026 - 2028 (lần 2)

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua hóa chất, vật tư xét nghiệm khí máu động mạch của Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc năm 2026 - 2028 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Ds. Tổng Thị Hoàng Diệp, Trưởng khoa Khoa Dược; ĐT: 0949.341.036.
 - Ds. Đỗ Nam Quan, Phó Trưởng khoa Khoa Dược; ĐT: 0918.858.583.
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc. Số 153, Đường Nguyễn Sinh Sắc, phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: **Từ 9h00 ngày 29 tháng 5 năm 2026 đến trước 17h00 ngày 09 tháng 6 năm 2026.**

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 180 ngày, kể từ ngày 09 tháng 6 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục yêu cầu báo giá: *Phụ lục kèm theo*
- Địa điểm cung cấp: Khoa Dược - Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc. Số 153, Đường Nguyễn Sinh Sắc, phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.
- Thời gian giao hàng dự kiến: Giao hàng trong vòng 72 giờ kể từ khi nhận được đơn hàng từ Bệnh viện.
 - Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II – III năm 2026.
- Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:
 - Chuyển khoản và thanh toán theo tiến độ.

- Điều kiện thanh toán: Được cung cấp đầy đủ hóa đơn, biên bản nghiệm thu hàng hóa mỗi kỳ, chứng từ hợp lệ.

- Thời hạn thanh toán: 90 ngày.

5. Các thông tin khác: Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh tính năng, thông số kỹ thuật của các mặt hàng báo giá, các yêu cầu về địa điểm cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế, thời gian giao hàng dự kiến và các thông tin liên quan khác.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trang TTĐT BV;muasamcong;
- Lưu: VT, KD. Diệp (02b).

GIÁM ĐỐC

Trần Thanh Tùng

PHỤ LỤC

(Kèm theo Công văn số

/BVĐKSD-KD ngày
Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc)

tháng 5 năm 2026 của

STT	Tên hóa chất	Đặc tính kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng 24 tháng	Ghi chú
1	Hộp hóa chất chạy mẫu	<p>Hộp hoá chất/ Bộ hoá chất chạy mẫu chứa các thành phần cần thiết để đo phân tích mẫu, gồm kim hút mẫu, các cảm biến (điện cực), hoá chất hiệu chuẩn, cùng các thành phần điện tử và chất lỏng cần thiết để phân tích mẫu bệnh nhân và mẫu kiểm tra chất lượng (QC), cũng như để hiệu chuẩn máy. Đo được các thông số: pH, pO₂, pCO₂, Na⁺, K⁺, Ca⁺⁺, Cl⁻, glucose, lactate, hemoglobin toàn phần, oxyhemoglobin, deoxyhemoglobin, methemoglobin, carboxyhemoglobin và bilirubin sơ sinh.</p> <p>Hoá chất hiệu chuẩn trong hộp đo dùng để hiệu chuẩn cho các thông số: pH, pO₂, pCO₂, Na⁺, K⁺, Ca⁺⁺, Cl⁻, glucose, lactate, hemoglobin toàn phần, bilirubin sơ sinh.</p> <p>Kim hút mẫu tích hợp có chế độ hút mẫu rảnh tay.</p> <p>Hộp đo không cần bảo trì, không cần điện cực rời, thuốc thử hoặc bình khí rời.</p> <p>Mỗi cartridge sử dụng ổn định trong ≥ 28 ngày khi được cài đặt trên hệ thống.</p>	Test	20.000	
2	Hộp chứa dung dịch rửa máy xét nghiệm khí máu	<p>Hộp rửa/thải chứa dung dịch rửa, được sử dụng để làm sạch đường dẫn mẫu sau mỗi lần thực hiện phân tích và hiệu chuẩn, chứa các khí (oxy, carbon dioxide, nitơ), muối (kiềm halogenua), chất hoạt động bề mặt và chất bảo quản.</p> <p>Hộp rửa thải cũng chứa được chất thải lỏng, toàn bộ chất thải lỏng được lưu giữ bên trong hộp rửa/thải phải được niêm kín hoàn toàn nhằm đảm bảo việc xử lý an toàn và thuận tiện.</p>	Bộ	200	

		Sử dụng tương thích với thiết bị sử dụng hóa chất chạy mẫu khí máu			
3	Vật liệu kiểm soát xét nghiệm 15 thông số khí máu, điện giải, chất chuyển hóa	Hóa chất kiểm chuẩn mức 1 cho pH/ khí máu, điện giải, CO-OX và các chất chuyển hóa. Thành phần bao gồm bộ đệm bicarbonate có chứa Na ⁺ , K ⁺ , Ca ⁺⁺ , Cl, carbon dioxide, oxygen, nitơ, glucose, lactate và thuốc nhuộm. Sử dụng tương thích với thiết bị sử dụng hóa chất chạy mẫu khí máu	ml	1.125	
4	Vật liệu kiểm soát xét nghiệm 15 thông số khí máu, điện giải, chất chuyển hóa	Hóa chất kiểm chuẩn mức 2 cho pH/ khí máu, điện giải, CO-OX và các chất chuyển hóa. Thành phần bao gồm bộ đệm bicarbonate có chứa Na ⁺ , K ⁺ , Ca ⁺⁺ , Cl, carbon dioxide, oxygen, nitơ, glucose, lactate và thuốc nhuộm. Sử dụng tương thích với thiết bị sử dụng hóa chất chạy mẫu khí máu	ml	1.125	
5	Vật liệu kiểm soát xét nghiệm 15 thông số khí máu, điện giải, chất chuyển hóa	Hóa chất kiểm chuẩn mức 3 cho pH/ khí máu, điện giải, CO-OX và các chất chuyển hóa. Thành phần bao gồm bộ đệm bicarbonate có chứa Na ⁺ , K ⁺ , Ca ⁺⁺ , Cl, carbon dioxide, oxygen, nitơ, glucose, lactate và thuốc nhuộm. Sử dụng tương thích với thiết bị sử dụng hóa chất chạy mẫu khí máu	ml	1.125	
Tổng cộng: 05 khoản					

Đặc tính và thông số kỹ thuật của máy:

Sản xuất từ năm 2025 trở về sau.

Loại mẫu đo:

- Máu toàn phần tráng đông heparin.
- Dịch thẩm tách.

Hiệu chuẩn máy: tự động hoặc tùy chỉnh.

Đảm bảo kết nối trả kết quả 2 chiều.

Tên nhà cung cấp:

MST:

Địa chỉ:

Người liên hệ:

Số điện thoại:

BÁO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT	Danh mục hàng hóa	Ký mã hiệu	Nhãn hiệu	Năm sản xuất	Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ)	Hãng sản xuất	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Khối lượng	Mã HS	Đơn giá dự thầu (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có))	Thành tiền (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có))
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=(10)x(12)
	Hàng hóa thứ 1											M1
											
	Hàng hóa thứ n											Mn
Tổng cộng giá dự thầu của hàng hóa đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)												(M)

(Gửi kèm các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực./.

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp⁽¹²⁾