

Số: /BVĐKSD-KD

Sa Đéc, ngày tháng 5 năm 2026

V/v yêu cầu báo giá  
Gói thầu Mua hóa chất, vật tư  
cho máy xét nghiệm tách chiết  
và tinh sạch DNA/RNA  
và Protein tự động  
của Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc  
năm 2026 - 2028

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua hóa chất, vật tư cho máy xét nghiệm tách chiết và tinh sạch DNA/RNA và Protein tự động của Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc năm 2026 - 2028, với nội dung cụ thể như sau:

### **I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:**

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc.

Địa chỉ: Số 153 Đường Nguyễn Sinh Sắc, phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Ds. Tổng Thị Hoàng Diệp, Trưởng khoa Khoa Dược; ĐT: 0949.341.036.

- Ds. Đỗ Nam Quan, Phó Trưởng khoa Khoa Dược; ĐT: 0918.858.583.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược - Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc. Số 153 Đường Nguyễn Sinh Sắc, phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: **Từ 09h00 ngày 12 tháng 5 năm 2026 đến trước 17h00 ngày 22 tháng 5 năm 2026.**

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: **Tối thiểu 180 ngày**, kể từ ngày 22 tháng 5 năm 2026.

### **II. Nội dung yêu cầu báo giá:**

1. Danh mục yêu cầu báo giá: (Phụ lục I kèm theo).

2. Địa điểm cung cấp: Khoa Dược - Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc.

- Địa chỉ: Số 153 Đường Nguyễn Sinh Sắc, phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Giao hàng trong vòng 72 giờ kể từ khi nhận được đơn hàng từ Bệnh viện.

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II – III năm 2026.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Chuyển khoản và thanh toán theo tiến độ.

5. Các thông tin khác:

Hồ sơ Báo giá gồm các tài liệu như sau:

- Báo giá theo mẫu đính kèm (*Phụ lục II kèm theo*).

- Giấy ủy quyền ký báo giá trong trường hợp người ký báo giá không phải là người đại diện theo pháp luật.

- Catalogue tài liệu tính năng kỹ thuật.

Công văn này thay thế Công văn số 530/BVĐKSD-KD ngày 08 tháng 5 năm 2026 của Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc về việc yêu cầu báo giá Gói thầu Mua hóa chất, vật tư cho máy xét nghiệm tách chiết và tinh sạch DNA/RNA và Protein tự động của Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc năm 2026 – 2028.

Trân trọng./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Trang TTĐT BV; mua sam công;
- TCG;
- Lưu: VT, KD. Diep (02b).

**GIÁM ĐỐC**

**Trần Thanh Tùng**

**Phụ lục I**

(Kèm theo Công văn số /BVĐKSD-KD ngày tháng 5 năm 2026  
của Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc)

STT	Tên hóa chất	Đặc tính kỹ thuật	Đơn vị tính	Xuất xứ	Số lượng 24 tháng	Ghi chú
1	Deep Well Plate	- Đĩa 96 giếng vuông bằng nhựa, 2.2 ml - Vật liệu: polypropylene (PP)	Cái		2.180	
2	Deep Well Plate 0.5mL	- Đĩa 96 giếng vuông bằng nhựa, 0.5 ml - Vật liệu: polypropylene (PP)	Cái		532	
3	Tipcomb dùng cho máy tách chiết tự động hoặc tương đương.	- Lược 96 đầu nam châm bằng nhựa dùng cho máy Kingfisher Flex - Vật liệu: polypropylene (PP)	Cái		532	
4	Hóa chất tách chiết DNA/RNA	- Tách chiết RNA/DNA - Mẫu đầu vào: huyết thanh, huyết tương, môi trường nuôi cấy tế bào, dịch cơ thể không có tế bào và mô bằng hạt từ tính. - Thành phần: ly giải, dung dịch đệm, Hạt từ, Proteinase K, RNase free water - Tiêu chuẩn chất lượng: CE - IVD, ISO 13485	Test		6.900	
5	Đầu col 10 µl	Đầu tip đạt chất lượng free DNA, RNA và được tiệt trùng sẵn, Có màng lọc bảo vệ chống nhiễm bẩn và nhiễm chéo giữa các mẫu Nhựa polypropylen Thể tích 10ul Quy cách đóng gói: Hộp 96 tip	Tip		49.248	
6	Đầu col 100 µl	Đầu tip đạt chất lượng free DNA, RNA và được tiệt trùng sẵn, Có màng lọc bảo vệ chống nhiễm bẩn và nhiễm chéo giữa các mẫu Nhựa polypropylen Thể tích 100ul Quy cách đóng gói: Hộp 96 tip	Tip		65.856	
7	Đầu col 200 µl	Đầu tip đạt chất lượng free DNA, RNA và được tiệt trùng sẵn, Có màng lọc bảo vệ chống nhiễm	Tip		7.488	

		bản và nhiễm chéo giữa cái mẫu Nhựa polypropylen Thể tích 200ul Quy cách đóng gói: Hộp 96 tip				
8	Đầu col 1000 µl	Đầu tip đạt chất lượng free DNA, RNA và được tiệt trùng sẵn, Có màng lọc bảo vệ chống nhiễm bản và nhiễm chéo giữa cái mẫu Nhựa polypropylen Thể tích 1000ul Quy cách đóng gói: Hộp 96 tip	Tip		31.200	
<b>Tổng cộng: 08 khoản</b>						

**Ghi chú:** Danh mục hóa chất, vật tư xét nghiệm phải tương thích với máy Máy xét nghiệm tách chiết và tinh sạch DNA/RNA VÀ PROTEIN tự động MODEL KingFisher Flex của Bệnh viện.

**Phụ lục II**

(Kèm theo Công văn số /BVĐKSD-KD ngày tháng 5 năm 2026 của Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc)

**Mẫu báo giá****BÁO GIÁ**

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, chúng tôi...[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá như sau:

## 1. Báo giá cho các dịch vụ liên quan

STT	Mã số hàng hóa	Danh mục hàng hóa	Đặc tính kỹ thuật	Ký, mã, nhãn hiệu, model	Hãng sản xuất	Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng/ khối lượng	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)

**Đơn giá trong báo giá đã bao gồm thuế VAT và các chi phí liên quan.**

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 180 ngày, kể từ ngày 22 tháng 5 năm 2026.

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

**Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp**  
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))